北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院可见光红外光电传感模块与镜头项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2610-HXTC-IU1581

原公告的采购项目名称：北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院可见光红外光电传感模块与镜头项目

首次公告日期：2026 年 10 月 26 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容:

第一章采购邀请

简要技术需求或服务要求更正为：需要采购两组可见光与长波红外相机材料，可见光光电传感模块与可见光镜头组成可见光模组，红外光电传感模块与红外镜头组成红外模组，红外与可见光有效分辨率为 1920×1080 像素，连续输出成像的帧率不低于 30Hz，水平视场角为不小于 40°，镜头的焦距适用于观察 10 米-1000 米范围，镜头的光学解像能力不低于 200 万像素，可见光与红外模组需能对目标进行同步成像。

获取采购文件

时间更正为：2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 07 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30（北京时间，法定节假日除外）。

提交响应文件截止时间、比选会时间和地点

响应截止时间、比选会时间更正为：2026 年 11 月 11 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：（适用于线下提交投标/响应文件）北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦东附楼评标室 2 。

第二章供应商须知

供应商须知资料表核心产品更正为：可见光光电传感模块

第五章采购需求

采购标的需实现的功能或者目标：更正为：需要采购两组可见光与长波红外相机材料，可见光光电传感模块与可见光镜头组成可见光模组，红外光电传感模块与红外镜头组成红外模组，红外与可见光有效分辨率为1920×1080像素，连续输出成像的帧率不低于30Hz，水平视场角为不小于40°，镜头的焦距适用于观察10米-1000米范围，镜头的光学解像能力不低于200万像素，可见光与红外模组需能对目标进行同步成像。

技术指标

可见光光电传感模块

△（4）更正为：提供时间同步功能

△（5）更正为：应提供以太网接口，支持通过网络进行图像数据传输及设备控制；支持上位机实时获取红外光电传感模块采集的图像，网络输出图像分辨率不低于有效分辨率，且不得因网络传输进行分辨率缩放。

△（6）应提供配套软件开发工具包、开发文档及示例程序，支持用户进行二次开发。软件开发工具包至少应支持设备发现与连接、图像采集与停止、图像数据获取等基本功能。

红外光电传感模块

△（4）更正为：提供时间同步功能。

△（5）更正为：应提供以太网接口，支持通过网络进行图像数据传输及设备控制；支持上位机实时获取红外光电传感模块采集的图像，网络输出图像分辨率不低于有效分辨率，且不得因网络传输进行分辨率缩放。

△（6）应提供配套软件开发工具包、开发文档及示例程序，支持用户进行二次开发。软件开发工具包至少应支持设备发现与连接、图像采集与停止、图像数据获取等基本功能。

可见光镜头

△（4）更正为：水平视场角不小于40°

红外镜头

△（4）更正为：水平视场角为不小于40°

设备附件要求/设备安装调试/系统集成要求

更正为：* 由可见光光电传感模块与可见光镜头组成可见光模组，红外光电传感模块与红外镜头组成红外模组，应实现可见光模组与红外模组成像时间同步与安装集成。

（1）可见光光电传感模块应与可见光镜头匹配安装，组成可见光模组。

（2）红外光电传感模块应与红外镜头匹配安装，组成红外模组。

（3）可见光模组与红外模组成像时间同步

（4）可见光模组与红外模组安装集成。

更正日期：　2026年11月3日

三、其他补充事宜

其他内容均不变。

校方编号：BUAABX20260053;

采购人业务监督联系人：庞老师，朱老师

联系方式：010-82314673，010-82314680

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院

地　　址：北京市海淀区学院路37号

联系方式：周老师，010-82338497

2.采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、吴众为、闫文娟、彭怡、成歌、刘京、修海龙、陈博维、

姬小雪、王思晨、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳、王亚东、黄艳、陈曦、吉国侠、孙银英、李想，010-63974645、63976753

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、吴众为、闫文娟、彭怡、成歌、刘京、修海龙、陈博维、姬小雪、王思晨、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳、王亚东、黄艳、陈曦、吉国侠、孙银英、李想

电　　话：010-63974645、63976753